

Tarature esterne


TABELLA DI ACCREDITAMENTO

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza relativa (*)(**) (***)	Note
Massa (1)	Strumenti per pesare a funzionamento non automatico	fino a 1 g da 1 g a 10 g da 10 g a 100 g da 100 g a 1 kg da 1 kg a 10 kg da 10 kg a 100 kg da 100 kg a 200 kg da 200 kg a 1000 kg	$1,1 \cdot 10^{-6}$ $6,9 \cdot 10^{-7}$ $3,9 \cdot 10^{-7}$ $1,8 \cdot 10^{-7}$ $1,0 \cdot 10^{-7}$ $1,4 \cdot 10^{-7}$ $1,4 \cdot 10^{-7}$ $1,7 \cdot 10^{-7}$	

(*) L' incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95%,

(**) L'incertezza relativa riportata rappresenta la migliore possibile nel campo di misura indicato

(***) All'incertezza assoluta, desumibile dalla tabella, si deve sommare quadraticamente il contributo dovuto alla risoluzione dello strumento pari a $0,29 \text{ uf}$ (unità di formato),



Rosalba Lanza

Il Direttore di Dipartimento