

Tabella allegata al Certificato: **248 rev.00**

Responsabile: **dott. Antonino MAIDA**
Sostituto: **p.i. Giuseppe Danilo LUPO**
Settori accreditati: **5**

Laboratorio permanente

TABELLA DI ACCREDITAMENTO

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza relativa (*)	Note
Massa (1)	Campioni di massa e pesi	0,001 g	$2,0 \cdot 10^{-3}$	
		0,002 g	$9,0 \cdot 10^{-4}$	
		0,005 g	$3,8 \cdot 10^{-4}$	
		0,01 g	$1,9 \cdot 10^{-4}$	
		0,02 g	$9,6 \cdot 10^{-5}$	
		0,05 g	$3,9 \cdot 10^{-5}$	
		0,1 g	$2,1 \cdot 10^{-5}$	
		0,2 g	$1,2 \cdot 10^{-5}$	
		0,5 g	$4,7 \cdot 10^{-6}$	
		1 g	$2,8 \cdot 10^{-6}$	
		2 g	$1,5 \cdot 10^{-6}$	
		5 g	$9,0 \cdot 10^{-7}$	
		10 g	$5,9 \cdot 10^{-7}$	
		20 g	$3,6 \cdot 10^{-7}$	
		50 g	$2,6 \cdot 10^{-6}$	
		100 g	$1,3 \cdot 10^{-6}$	
		200 g	$6,6 \cdot 10^{-7}$	
		500 g	$2,8 \cdot 10^{-7}$	
		1000 g	$1,9 \cdot 10^{-7}$	
		2000 g	$1,3 \cdot 10^{-7}$	
		5000 g	$1,2 \cdot 10^{-7}$	
		10000 g	$1,7 \cdot 10^{-7}$	
		20000 g	$1,5 \cdot 10^{-7}$	

(*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %.