

Laboratorio permanente

TABELLA DI ACCREDITAMENTO

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura (**)	Incertezza relativa (*)	Note
Volume statico di liquidi (1)	Microdosatori	1 µl	6,0 10 ⁻²	
		2 µl	3,0 10 ⁻²	
		5 µl	1,2 10 ⁻²	
		10 µl	0,70 10 ⁻²	
		20 µl	0,40 10 ⁻²	
		25 µl	0,40 10 ⁻²	
		30 µl	0,33 10 ⁻²	
		50 µl	0,20 10 ⁻²	
		100 µl	0,20 10 ⁻²	
		200 µl	0,15 10 ⁻²	
		250 µl	0,12 10 ⁻²	
		300 µl	0,10 10 ⁻²	
		500 µl	0,08 10 ⁻²	
		1000 µl	0,08 10 ⁻²	
		1500 µl	0,08 10 ⁻²	
		2000 µl	0,08 10 ⁻²	
		2500 µl	0,08 10 ⁻²	
		5000 µl	0,08 10 ⁻²	
		10000 µl	0,08 10 ⁻²	
		100000 µl	0,08 10 ⁻²	

(*) L' incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95%

(**) Volume nominale